

银川市口腔医院全自动化学发光免疫分析仪采购项目

目参数变更文件

全自动化学发光免疫分析仪

1. 磁微粒化学发光法

★2. 检测速度 ≥ 180 T/H

3. 携带污染率 ≤ 1 PPM

4. 圆盘式进样，支持自动复测、自动测试关联项、超限自动稀释复测

5. 样本类型血清、血浆、尿液等标本

6. 样本容量单个样本管理模块每批次可装载 ≥ 60 个样本，可持续追加标本；

7. 加样重复性 $CV \leq 8\%$

8. 样本针具备液面检测、空吸检测、防撞检测、凝块检测功能

9. 样本稀释支持自定义倍数和固定倍数自动稀释

★10. 试剂位单台分析模块 ≥ 25 个试剂位

11. 试剂钢针，具备液面探测检测、防撞检测、空吸检测功能

12. 试剂盘制冷试剂盘冷藏 $2^{\circ}\text{C}-8^{\circ}\text{C}$ ， 分析模块休眠模式时试剂盘可独立制冷

13. 试剂盒采用一体式试剂盒

★14. 试剂更换支持不停机添加及更换试剂，通过 RFID 射频扫码，实时记录 试剂使用情况，反应杯一次可添加 ≥ 160 个散装反应杯，可连续供给。

15. 底物液支持同时存放两套底物液，支持不停机更换和自动切换，具备底物预热功能

16. 乙型肝炎病毒表面抗原测定、乙型肝炎病毒表面抗体测定、乙型肝炎病毒 e 抗原测定、乙型肝炎病毒 e 抗体测定、乙型肝炎病毒核心抗体测定、丙型肝炎病毒抗体测定、人类免疫缺陷病毒抗体测定、梅毒螺旋体抗体测定。

17. 配套使用超纯水机 1 套，产水量 ≥ 20 L/h

18. 适配 UPS 不间断电源一台:最小输出能力 2400VA, 输出电压 120VAC, 240VAC, 输出频率 50/60Hz, 无载运行时间在 1000VA 时, 不少于 15 分钟
19. LIS 系统: 支持单项、双向;
20. 标准配置: 工作站 1 套、条码扫描器 1 个。
21. 试剂盒包含校准品, 且校准品满足溯源要求。