三．响应价格明细表

序号	货物名称	货物内容（型号及主要规格、技术参数）	单价	数量	总价（元）	供货安装期限
1	自动体外除颤器（AED）	**生产厂家：**普美康（江苏）医疗科技有限公司 **品牌:**普美康 **型号:**HeartSave Y2 **技术参数：** 一、物理规格 整机重量（含电池、电极片）：≤2.5Kg，具备便携把手 ★跌落性能：主机六面均可承受≥1.6 米跌落试验后可正常使用 防护等级：IP55 防尘防水 工作温度：常规工作- 5℃～55℃；从室温环境进入到-20° C	11700元	14台	163800元	合同签订后20日历天

		环境后,至少能工作 70 分钟。 适用气压海拔：510hPa~1062hPa (-400 米~5400 米) 设备铭牌上标注有主机使用寿命，使用寿命:10 年。 二、除颤功能 采用双相截断指数波(BTE)，支持成人以及儿童使用，波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿。 成人最大输出能量 360J，儿童最大输出能量 100J。可配置 6 种除颤能量，除颤能量输出精度±10%。 支持至少 350 次 200J 或 210 次 360J 除颤放电(不带屏款)，支持至少 300 次 200J 或 200 次 360J 除颤放电(带屏款)				

		充电速度：开机到200J放电准备就绪不超过6s 正确粘贴电极片后，设备可以自动进行心律分析。开始AED分析到200J放电准备就绪时间不超过5s ★心律分析数据库：支持12种心律分析数据库(VFDB:MIT-BIH恶性心室异位数据库;CUDB:CU室速数据库;MITDB:MIT-BIH心律失常数据库;EDB:欧洲ST-T数据库;SVDB:MIT-BIH室上性心律失常数据库;AFDB:MIT-BIH房颤数据库;LTAFDB:长时程房颤数据库;SDDB:心脏猝死动态心电数据库;SHAOXING:用于心律失常研究的大型				

		12 导联心电图数据库;AHA:用于评价室性心率失常检测性能的数据库;NST:MIT-BIH噪声压力数据库;PDB:普美康除颤心律数据库） 三、显示屏 HeartSave Y2 选配 7 英寸彩色液晶显示屏，动画引导，显示 ECG 波形。 显示屏分辨率:800x480 像素。 显示模式：具有自动、室内、室外三种显示模式，自动模式下，显示屏会根据环境光线亮度自动调节亮度。 除颤后波形恢复时间<2s 心电波形显示时间最大不小于 6 s。 电池电量支持多档位分格显示和				

		百分比显示。 屏幕上具有电极片粘贴位置提示。 可对操作者进行动画指导，提示操作者。 支持通过不同颜色，对 CPR 按压频率和深度进行指导。 四、设备操作 语言：一键切换语言，最多支持 3 种语音（默认中、英、德，可定制配置）（页码：30-162） 成人/儿童模式切换按键，操作方便，使用快捷。 可通过语音/图文/动画指导用户执行急救操作。 可根据环境噪音自动调节音量，音量最高可达 90 分贝				

		五、数据传输和存储 支持内置 4G(LTE)/wifi 无线数据传输功能 ★本机存储：设备标配内部存储容量3GB,可存储系统日志(包含:设备序列号、软件版本、总运行时间、电池信息、电极片信息、设备开机、设备关机、设备位置偏移等)，急救数据(包括阻抗信息、急救时间、CPR 持续时间、放电次数、放电时间、放电能量等)，事件日志(包括:错误事件、警告事件、配置事件、操作信息事件、自检结果、自检失败时的事件 ID 等)，录音数据等， 设备可存储 ECG 波形 10 小时，自检数据 3650 份，日志数 10000 份，				

		可保存 120 分钟抢救现场录音。 支持 USB 接口，可通过外部闪存设备导出抢救记录数据和完成设备升级。 设备自检:具有开机自检和手动自检功能，支持每日、每周、每月、每季度、每半年自检功能，可配置以下检测项目:主控模块，电池，电源模块，除颤电极片，治疗模块，1J 充放电，200J 充放电，360J 充放电，扬声器。联网设备自检数据可传输至管理平台。 六、电池与耗材配件 主机配备高性能一次性锂电池，电池加密识别，待机寿命 6.5 年低电量报警后可保持 30 分钟工				

		作时间和 10 次 200J 除颤放电或 6 次 360J 除颤放电。电池低电量时，设备具有语音及灯光提示。电极片上具有粘贴位置图文提示，单幅电极片有效期 5 年。设备配置 4 合 1 急救附件包，包含一次性丁腈手套，人工呼吸面膜，剪刀、剃毛刀 ★质量承诺：近 3 年内无产品召回、制造商停业整顿等不良事件，时间判定以医疗器械注册证注册日期为准。				
	合计		167202.00 元			

供应商：宁夏芳馨医疗器械有限公司（盖章）

2026 年 10 月 10 日